Тест-полоски Labstrip U-11 Plus для DocUReader (уп. 150 шт)

Анализаторы мочи Арт. ANA-9910-1



Ваша цена

Розница
0 руб.

Оптовая цена
По запросу

Под заказ

С учетом НДС 10 %

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Диагностические тест-полоски 77 Elektronika LabStrip U11 Plus GL (150 шт.)

Многопараметрические диагностические тест-полоски 77 Elektronika LabStrip U11 Plus GL представляют собой высококачественные медицинские изделия in vitro, предназначенные для профессионального клинического использования. Они разработаны для проведения быстрого полуколичественного анализа свежей нецентрифугированной мочи. Каждая полоска оснащена 11 изолированными измерительными зонами, содержащими высокочувствительные химические реагенты, которые меняют свою окраску при контакте с биоматериалом.

Тест-полоски универсальны: они могут оцениваться как визуально (путём сравнения с цветовой шкалой на упаковке), так и аппаратно для исключения человеческого фактора. Данные расходные материалы идеально совместимы с полуавтоматическим анализатором мочи 77 Elektronika LabUreader Plus 2, а также со всей остальной линейкой анализаторов мочи от венгерского бренда 77 Elektronika, обеспечивая максимальную точность, скорость и клиническую достоверность результатов.

Конструктивные особенности

- Наличие 11 активных тестовых зон на одной полоске позволяет за одно исследование получить максимально развёрнутую биохимическую картину мочи пациента.
- Герметичная пластиковая туба со встроенным в крышку осушителем надёжно защищает реагенты от воздействия атмосферной влаги и сохраняет их стабильность.
- Высокая чувствительность индикаторов обеспечивает чёткое изменение цвета, легко считываемое как оптическими системами анализаторов, так и визуально.
- Фасовка по 150 штук в одном тубусе оптимально подходит для лабораторий со средним и высоким потоком пациентов, оптимизируя складские запасы.
- Длительный срок годности (24 месяца с даты производства) минимизирует риски порчи и списания расходных материалов.

Технические характеристики

ПАРАМЕТР	ПОКАЗАТЕЛЬ
Тип изделия	Тест-полоски для анализа мочи in vitro
Количество определяемых параметров	11
Количество в упаковке	150 шт. (в пластиковой тубе с осушителем)
Совместимое оборудование	Анализаторы мочи 77 Elektronika (включая LabUreader Plus 2), визуальная оценка
Срок годности	24 месяца
Билирубин (мг/дл)	отрицательный, 1, 3, 6
Уробилиноген (мг/дл)	норма, 2, 4, 8, 12
Кетоны (мг/дл)	отрицательный, 15, 50, 150
Аскорбиновая кислота (мг/дл)	отрицательный, 20, 40
Глюкоза (мг/дл)	норма, 50, 150, 500, 1 000

Белок / Альбумин (мг/дл)	отрицательный, 30, 100, 500
Кровь (Эри/мл)	отрицательный, ~5–10, ~50, ~300
pH	5, 6, 7, 8, 9
Нитриты	отрицательный, положительный
Лейкоциты (Лей/мл)	отрицательный, ~25, ~75, ~500
Удельный вес	1 000, 1 005, 1 010, 1 015, 1 020, 1 025, 1 030

Преимущества

• Быстрое определение 11 параметров в моче, что позволяет мгновенно получать развёрнутую клиническую картину состояния пациента во время скрининга.
• Совместимость со всеми анализаторами мочи 77 Elektronika, обеспечивающая универсальность, отсутствие проблем с калибровкой и удобство работы в рамках одной экосистемы.
• Гарантированная защита от влаги и высокая стабильность реагентов благодаря упаковке в пластиковые тубы, герметично закрытые специальной крышкой с осушителем.
• Оптимальная экономичная фасовка (150 полосок в упаковке), снижающая общую себестоимость одного исследования для клиники.
• Увеличенный срок годности (24 месяца), минимизирующий риск списания неиспользованных диагностических средств даже при неравномерном потоке пациентов.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	ANA-9910-1
Бренд	77 Elektronika
Страна бренда	Венгрия
Отрасли	Здравоохранение
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000022715.pdf
Страна производства	Венгрия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.